



Testbericht

Probandeninformationen


Nachname: Test	ID: 2010123_103355250	Alternative ID:
Vorname: Test	Gebdat: 01.02.1972	Alter: 38
2. Vorname:	Größe: 181 cm	Geschlecht: Männlich
Population: EUROPÄISCH	Gewicht: 85 kg	BMI: 25,9

Testsitzungsinformationen


Testdatum: 03.05.2010 10:38	Gerät: Pneumotrac	Seriennummer: 06450
Anz. der Tests: 3	Genauigkprfg: 29.04.2010 16:34	Benutzer: Administrator
Normwerte: ERS '93/Polgar	Norm.-Faktor 100%	Position: Sitzend

Werte bei BTPS

Fluss-Volumen-Kurve



Volumen-Zeit-Kurve



Ergebnisse

Parameter	ATS/ERS-Bestw.	Norm	% Norm.
FVC (L)	5,47	5,10	107
FEV1 (L)	3,96	4,19	95
FEV1-Verhältnis	0,72	0,80	90
PEF (L/min)	541	578	94
FEF25-75 (L/s)	2,69*	4,58	59

*Unterhalb der unteren Normalitätsgrenze (LLN)

Informationen zu Testqualität und Reproduzierbarkeit

Testqualität	FVC-Repr.:	FEV1-Repr.:	Langsamer Testbeginn	Ende des Tests Kriterien wurden nicht erfüllt	Husten in der 1. Sekunde erkannt
A	0,04 L	0,07 L	0 Atemstoß/Atemstöße	1 Atemstoß/Atemstöße	0 Atemstoß/Atemstöße

Vom Computer vorgeschlagene Interpretation

Normale Atemfunktion.



Unterschrift: _____

Datum: _____